www.jais.ru

ЗАДЕРЖКА

ОПЕРЕЖЕНИЕ НАЖАТЬ

РАЗОВЫЙ ПУСК

ЗАДЕРЖКА MS

×10

ВНЕШНИЙ ЗАПУСК

ВЫХОД СИНХРОИМПУЛЬСА

ВНЕШНИЙ

ВНУТР

РАЗОВЫЙ ПУСК

ВИД ЗАПУСКА

Цепь	№ конт.
0/27В	1
Корпус	2
Разовый пуск	3
Разовый пуск	4
	5
	6
	7
	8
	9
Корпус	10
Цепь запуска	11
	12
	13
-8В	14
+6,3В	15
Вход форм.	16
Запуск тригер.	17
Вход линии	18
Корпус	19
	20
±12В	21
Выход линии	22
Разовый пуск	23
Выход форм.	24
Выход форм.	25
Корпус	26
-8В	27
-12В	28

№ тумблер.	Положение переключателя									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Т-1	1-2	1-2	1-2	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Т-2	1-3	1-3	1-3	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-3	1-3
Т-3	1-3	1-3	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-3	1-3	1-3
Т-4	1-3	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-3	1-3	1-3	1-3
Т-5	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2

№ конт.	Цепь
1	Вход схемы совп.
2	Выход схемы совп.
3	-8В
4	+6,3В
5	-12В
6	Выход форм.
7	Подготовка
8	Подготовка
9	Подготовка
10	Подготовка
11	Запуск декады
12	Подготовка
13	Подготовка
14	Корпус
15	Подготовка
16	Подготовка
17	Подготовка
18	Подготовка

Делитель декадный /К9-3/

№ конт.	Цепь
1	Вход схемы совп.
2	Выход схемы совп.
3	-8В
4	+6,3В
5	Подготовка
6	Выход форм.
7	+1,5В
8	Подготовка
9	Подготовка
10	Подготовка
11	Запуск декады
12	Подготовка
13	Подготовка
14	Корпус
15	Подготовка
16	Подготовка
17	Подготовка
18	Подготовка

Делитель декадный /К9-4/

№ конт.	Цепь
1	-8В, 50ма
2	Корпус
3	+12В-50ма
4	+1,5В
5	+6,3В
6	-27В
7	~127В
8	
9	~127В
10	-8В, 300ма
11	-12В
12	Корпус

Выпрямитель /П15-1/

Цепь	№ конт.
	1а
Б-1	1б
	2а
Корпус	2б
Выход Б-11	3а
Вход Б-11	3б
Б-7	4а
	4б
~127В	5а
~127В	5б

№ конт.	Цепь																										
1	+12В																										
2																											
3	Корпус																										
4	Выпуск тригера																										
5																											
6	Выход																										
7																											
8	Внеш. подг.																										
9	Пакет																										
10	Вход формир.																										
11																											
12	Корпус																										
13																											
14	+6,3В																										
15	Выход пакета																										
16																											
17																											
18																											
19																											
20	Корпус																										
21	-8В																										
22	Выход делителя																										
23																											
24	Вход делителя																										
25	Подготовка																										
26	-8В																										
27	Подготовка																										
28	Корпус																										

ФОРМИРОВАТЕЛЬ /К15-2/

Обоз. конт. точ.	Постоян. напряжен.	Форма импульса	Амплитуда импульса	Длительн. импульса
А		Л		30 нсек
Б		Л		30 нсек

Характеристики контрольных точек

	Цепь	Куда поступ.
1	-27В Реле	Б-15
2	Корпус	
3	Разовый пуск	
4	Разовый пуск	
5		
6		
7		
8		
9		
10	Корпус	
11	Цепь запуска	Б-15
12		
13		
14	-8В	Б-15
15	+6,3В	
16		
17	Запуск тригера	
18		
19	Корпус	Б-15
20		
21	+12В	П15-1
22	Выход линии	
23	Разовый пуск	Б-15
24	Выход форм.	Б-15
25		
26	Корпус	Б-15
27	-8В	
28	-12В	