



Ш1

Конт.	12	5	6	2	10	7	3	8	11	13	14	15	1	9	4	16
Цепь	Внешняя модуляция	+100В	Анод генер.	+6,7В			-20В						Корпус	Корпус		
Абр.	На Ш23 схемы анализатора спектра С4-25															

\* Подбирается при регулировке.

▷ Положение треугольника на резисторах соответствует крайнему положению ручек управления при вращении по часовой стрелке.

Рис. 13. Калибратор (ЕЭ2.085.043).  
Схема электрическая принципиальная.